

Все соединения (г айка Ericsona-Шпилька Мбх135-Муфта-боченок) рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.





